

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: STERYLIZATOR DO NARZĘDZI Z DRUKARKĄ

Ilość: 1 szt

Lp.	PARAMETRY WYMAGANE	Wymóg graniczny	Odpowiedź Oferenta
1	Producent	Podać	
2	Nazwa/model	Podać	
3	Rok produkcji min. 2018	Tak, podać	
4	Autoklaw z komorą prostokątną	Tak	
5	Sterylizacja wsadów typu: A i B	Tak	
6	Pojemność komory: 20 litrów	Tak, podać	
7	Wymiary komory: 220 x 200 x 450 mm	Tak, podać	
8	Maksymalne ciśnienie: 2,4 bara	Tak, podać	
9	Wymiary zewnętrzne: 570 x 520 x 440 mm	Tak, podać	
10	Zbiornik wody czystej: 5 litrów	Tak	
11	Zasilanie: 230 V	Tak	
12	Moc pobierana: 2200 W	Tak	
13	Waga: 80 kg	Tak, podać	
14	Niskie zużycie wody na cykl: 0,2 – 0,4 litra	Tak	
15	Programy sterylizacyjne: 1. cykl klasy B, instrumenty w pakietach, 134°C, czas procesu ~25 min 2. cykl klasy B, instrumenty w pakietach, 121°C, czas procesu ~39 min 3. cykl klasy B, materiały tekstylne, 134°C, czas procesu ~29 min 4. program błyskawiczny, 134°C, czas procesu ~9 min 5. program do wykonania testu Bowie-Dicka	Tak	
Wyposażenie:			
16	Stelaż na tacki, uchwyt do tacek, 5 tacek	Tak	

17	Drukarka termiczna do autoklawu	Tak	
18	Gwarancja producenta min. 24 miesiące	Tak	
19	Deklaracja zgodności CE	Tak	

cena netto:
(słownie:)

podatek VAT:

cena brutto:
(słownie:)

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)