

Tabela parametrów ocenianych Zał. nr 3 A SIWZ

Nr sprawy: 10/2010

Parametry oceniane	Oferowana wartość parametrów - podać	Punktacja
Żywotność elektrod powyżej 6 miesięcy 1. sodowa 2. potasowa 3. referencyjna		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt (max 30 pkt)
Możliwość wykonywania oznaczeń wapnia zjonizowanego przy użyciu modułu ISE		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej do 250 ul		TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
Możliwość programowania testów 3 i 4-odczynnikowych		TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
Krótki czas wykonania przez użytkownika codziennej procedury konserwacyjnej nie dłuższy niż 10 minut.		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
Zużycie wody poniżej 2,5 l/h pracy		poniżej - 10 pkt powyżej - 0 pkt

data

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy)