

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Wykonawca: Czy zamawiający dopuści aparat o wymiarach 29 x 24 x 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści aparatu o wyżej wymienionych rozmiarach. Wymiary określone w Specyfikacji technicznej przyjmuje się jako graniczne i są bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie:

Wykonawca: Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zaprogramowane ponad 200 procedur terapeutycznych, 100 miejsc w pamięci na procedury użytkownika oraz 100 miejsc w pamięci na sekwencje zabiegowe użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji technicznej ilość programów standardowych oraz ilość programów wolnych jako warunek graniczny i takiej ilości bezwzględnie wymaga. Zamawiający nie dopuści aparatu, który nie spełnia tych warunków.