Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę środków opatrunkowych przez okres 24 miesięcy. Znak sprawy 11/2012

PYTANIE 1
Czy Zamawiający wymaga aby przylepce i plastry były pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całą powierzchnię?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiający wymaga aby przylepce i plastry były pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całą powierzchnię.

PYTANIE 2
Pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 7,5cm x 7,5cm a'2szt?

Odpowiedz:
Zamawiający nie dopuści kompresów gazowych jałowych 7,5 cm x 7,5 cm a'2 szt.

PYTANIE 3
Pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 7,5cm x 7,5cm a'500szt?

Odpowiedz:
Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 7,5cm x 7,5cm a'500szt.

PYTANIE 4
Pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 10cm x 10cm a'500szt?

Odpowiedz:
Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 10cm x 10cm a'500szt.

PYTANIE 5
Pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści kompres oczny jałowy 56mm x 70mm?

Odpowiedz:
Zamawiający dopuści kompres oczny jałowy 56mm x 70mm.

PYTANIE 6
Pozycja 27
Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek włókninowy do mocowania kaniul był sterylny, hipoalergiczny, półprzepuszczalny z klejem akrylowym rozmiar 7,6cm x 5,1cm, klej akrylowy na powierzchni przylepnej, sterylizacja radiacyjna?

Odpowiedz:
Zamawiający nie wymaga, aby opatrunek włókninowy do mocowania kaniul był sterylny, hipoalergiczny, półprzepuszczalny z klejem akrylowym rozmiar 7,6cm x 5,1cm, klej akrylowy na powierzchni przylepnej, sterylizacja radiacyjna.

PYTANIE 7
Pozycja 33
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli plaster z opatrunkiem na włókninie?

Odpowiedz:
Zamawiający informuje iż nastąpiła oczywista omyłka i należy połączyć pozycję 32 i 33 z formularza asortymentowo – cenowego wraz z przeliczeniem ilości tj. 245 szt.

PYTANIE 8
Pozycja 34
Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek poiniekcyjny w formie taśmy z nacięciem co 2cm, rozm. 4cm x 5m?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiający miał na myśli opatrunek poiniekcyjny w formie taśmy z nacięciem co 2cm, rozm. 4cm x 5m.

PYTANIE 9
Pozycja 43
Czy Zamawiający miał na myśli przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z mikroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiający miał na myśli przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z mikroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji.

PYTANIE 10
Pozycja 45
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy hipoalergiczny z opatrunkiem 10cm x 10cm a'25szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedz:
Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy hipoalergiczny z opatrunkiem 10cm x 10cm a'25szt z odpowiednim przeliczeniem.
.

PYTANIE 11
Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w §7 w sposób następujący:
1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) w przypadku niewykonania dostawy – w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu dostawy. Przez nie wykonanie dostawy Strony rozumieją m.in. braki ilościowe, jakościowe, uchybienia terminu oraz uszkodzenia.
2) w przypadku opóźnienia w terminie, o którym mowa w §2 ust. 4 – w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za pierwszą rozpoczętą każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu,
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedz:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.