



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy



Warszawa, dnia 27.02.2020 r.

Zamawiający
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo – Włochy
01-315 Warszawa
ul. gen. M.C. Coopera 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę
analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

znak sprawy: 3/PN/D/2020

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dotyczy roku produkcji analizatora

W zapisach SIWZ zamawiający nie określił roku produkcji analizatora hematologicznego, prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie w wierszu nr 1 tabeli warunków granicznych na dzierżawę analizatora hematologicznego treści: „..., analizator nie starszy niż z 2019 roku”

Pytanie nr 2 – dotyczy pkt. 4 załącznika nr 2 do SIWZ

Czy z uwagi na fakt, że wymagany parametr PLCR jest wartością względną, zależną od ilości PLT, zamawiający zezwala aby obecność dużych komórek PLT była diagnozowana na podstawie flagi informującej o obecności dużych komórek płytkowych oraz na skategramie analizatora i histogramie płytkowym?



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



01-315 Warszawa, ul. gen. M.C. Coopera 5,
tel.: 22 638 90 55, fax: 22 836 24 89, email: sekretariat@zozbemowo.pl www.zozbemowo.pl
KRS 000003553 REGON 017202242 NIP 522-25-86-517



Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje spełnienia warunków zgodnie z zapisami w zał.nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pkt. 5 załącznika nr 2 do SIWZ

Opisana w tym punkcie technologia pomiarowa jest charakterystyczna dla jednego dostawcy i nie ma wpływu na jakość otrzymywanych wyników, czy Zamawiający zezwala, aby rozdział WBC był wykonywany w innej technologii jaką jest cytometria przepływowa z wykorzystaniem pomiaru impedancji i absorbancji światła?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje spełnienia warunków zgodnie z zapisami w zał.nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy pkt. 13 załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zezwala aby objętość aspirowanej próbki w obu trybach pomiarowych wynosiła 110 ul, różnica 20 ul od objętości wymaganej nie jest praktycznie istotna?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje spełnienia warunków zgodnie z zapisami w zał.nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pkt. 16 załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zezwala aby liniowość oferowanego analizatora wynosiła dla WBC od 0 – 350 tys/ul a dla Hgb od 0 do 24,5 g/dl?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje spełnienia warunków zgodnie z zapisami w zał.nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pkt. 25 załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zezwala aby do parametrów retikulocytarnych był oddzielny materiał kontrolny, tego typu rozwiązanie jest bardziej praktyczne i ekonomiczne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje spełnienia warunków zgodnie z zapisami w zał.nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pkt. 26 załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zezwala aby wyniki kontroli jakości były przenoszone na zewnętrznym nośniku pamięci w celu ich przesłania do systemu międzylaboratoryjnej kontroli jakości , rozwiązanie tego typu zabezpiecza serwer bazy danych laboratorium ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje spełnienia warunków zgodnie z zapisami w zał.nr 2 do SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Dorosz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)