



## Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy



Warszawa, dnia 18.05.2020 r.

Zamawiający  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa Bemowo – Włochy  
01-315 Warszawa  
ul. gen. M.C. Coopera 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dzierżawę  
analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników  
znak sprawy: 7/PN/D/2020

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pyt. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wszelka komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email podany w SIWZ) ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną?

Uzasadnienie: Urząd Zamówień Publicznych wystosował na swojej stronie internetowej następujący komunikat:

„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



01-315 Warszawa, ul. gen. M.C. Coopera 5,  
tel.: 22 638 90 55, fax: 22 836 24 89, email: sekretariat@zozbemowo.pl www.zozbemowo.pl  
KRS 0000003553 REGON 017202242 NIP 522-25-86-517





sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż Zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Odp.:** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.05.2020 r. do godz. 9:00. Jednocześnie Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz odpowiednio SIWZ.

**Pyt. 3** Wnosimy o udostępnienie Załącznika nr 8 do SIWZ tj. wykazu dostaw, ewentualnie wyrażenie zgody na dostarczenie załącznika sporządzonego przez Oferentów.

**Odp.:** Zamawiający udostępnił załącznik nr 8 do SIWZ na stronie internetowej.

**Pyt. 4** Dotyczy pkt. 1 parametrów granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2019 r, który nie jest fabrycznie nowy i jest obecnie użytkowany przez Zamawiającego?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 5** Dotyczy rozdz.IX pkt. 4.2 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia, że oferowane produkty posiadają wymaganą dokumentację a Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą na nośniku elektronicznym, np. płycie CD (w nawiązaniu do §4 ust. 6 umowy)?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.



**Pyt. 6** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagane dokumenty były dostarczone na płycie CD?

Uzasadnienie: każda ulotka zawiera średnio 10 stron, natomiast instrukcja obsługi analizatora zawiera ponad 1600 stron. Umożliwienie złożenia powyższych dokumentów w wersji elektronicznej znacznie zmniejszy objętość oferty.

**Odp.:** Nie dotyczy z uwagi na odpowiedź na pytanie 5.

**Pyt. 7** Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora immunochemicznego”

Wnosimy o ujednoczenie zapisów pkt. 21 załącznika nr 2 do SIWZ oraz §9 ust 5 dotyczących wymaganego terminu usunięcia awarii analizatora, tj. w ciągu max. 3 dni (72h).

**Odp.:** Zamawiający zmodyfikował treść Załącznika nr 2 do SIWZ i w pkt 21 nadał mu następującą treść: „Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 72h od podjęcia naprawy”

**Pyt. 8** Dotyczy pkt. 24 parametrów granicznych

Prosimy o zmianę punktu na: „*W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w ciągu 72 h Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy przedmiotu umowy w ilości i asortymencie odpowiadającym zamówieniu złożonemu u Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną przedmiotu umowy, wynikającą ze specyfikacji asortymentowo-cenowej, a ceną dokonanego zakupu*”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie z wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. zgodnie z załączonym wzorem?

**Odp.:** Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, która stanowi załącznik nr 3 do głównej umowy.

**Pyt. 10** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia Zamawiającemu na zasadach dzierżawy na okres umowy lodówki jednodrzwiowej do przechowywania odczynników oraz wirówki laboratoryjnej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o zgodę na zaoferowanie sprzętu użytkowanego dotychczas przez Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SIWZ dodając w tabeli parametrów granicznych pkt 26 i pkt 27 o treści:



26.	Dostawca zapewnia wirówkę laboratoryjną z wirnikiem horyzontalnym na 28 probówek z wyposażeniem ( 4 pojemnik i wkładki redukcyjne 7x7ml i 7x15ml)	TAK	
27.	Dostawca zapewnia lodówkę wielkości 180x 60 x 60 +/- 5cm	TAK	

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu użytkowanego dotychczas przez Zamawiającego.

DYREKTOR

*Paweł Dorosz*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)