



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy



Warszawa, dnia 01.10.2020 r.

Zamawiający
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo – Włochy
01-315 Warszawa
ul. gen. M.C. Coopera 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę aparatu
USG
znak sprawy: 10/PN/D/2020

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1

Dotyczy punktu 5 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie głębokości obrazowania do 30 cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Dotyczy punktu 6 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z częstotliwością odświeżania Frame Rate 1000 Hz.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Dotyczy punktu 8 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o regulacji pulpitu góra/dół 11 cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Dotyczy punktu 11 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wadze aparatu 75 kg.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Dotyczy punktu 35 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o częstotliwości pracy 2,2 – 7,0 MHz.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Dotyczy punktu 35 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 4.3 – 15.4 MHz i szerokości czoła 34,7 mm.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR

Paweł Dorosz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)