



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy



Warszawa, dnia 02.10.2020 r.

Zamawiający
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo – Włochy
01-315 Warszawa
ul. gen. M.C. Coopera 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę aparatu
USG
znak sprawy: 10/PN/D/2020

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1

Dotyczy załącznika nr 6 – Specyfikacja techniczna

Zamawiający w punkcie 1 ww. załącznika, wymaga:

- (...) *Dostarczony, przez autoryzowanego producenta wykonawcę (...)*

następnie w pkt. 55 załącznika nr 6, napisał:

- *Autoryzacja producenta na serwis i dystrybucję na terenie Polski*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od powyższych wymogów lub modyfikację zapisu na następujący:

- *Oferent musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego ultrasonografu.*

W obecnym stanie prawnym żadne przepisy obowiązujące w Polsce czy na terenie Unii Europejskiej nie nakładają obowiązku posiadania autoryzacji producenta na podmioty dystrybuujące jakiegokolwiek urządzenia czy sprzęt medyczny. Obecnie obowiązująca *ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) w art. 90 ust. 4 precyzyjnie określa obowiązki w tym zakresie:

Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego

działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika – załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności

Z powyższego jednoznacznie wynika, że jedynym obowiązkiem Wykonawcy jest załączenie do wyrobu wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania określonych czynności – Wykonawca nie musi być jednym z nich (co potwierdza Zamawiający zapisami we wzorze umowy - § 2 ust. 10).

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, wymóg aby Wykonawca „osobiście” posiadał Autoryzację producenta na serwis i dystrybucję na terenie Polski (...), narusza art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), który brzmi:

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje wymagania z punktu 55 zgodnie z poniższym:

55.	Oferent zapewnia na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego ultrasonografu	
-----	---	--

Pyt. 2

Dotyczy załącznika nr 6 – Specyfikacja techniczna

Zamawiający w punkcie 1 ww. załącznika, napisał:

- Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2019, (...)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania i dostarczenia aparatu wyprodukowanego w 2019 lub 2020 roku.

Odp.:

Zamawiający zmodyfikował już wymagania z punktu 1 zgodnie z poniższym:

1.	Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji min. 2019 , wyklucza się aparat rekondycjonowany, demonstracyjny. Dostarczony, przez autoryzowanego producenta wykonawcę, 1 szt.	
----	---	--

Pyt. 3

Dotyczy SIWZ

Uprzejmie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawcy nie mają obowiązku w terminie składania ofert, tj.: do 8 października 2020 roku załączać do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt. 2, 3, 4 SIWZ – zostaną ewentualnie wezwani do ich przedłożenia w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Odp.:

Zamawiający potwierdza.

DYREKTOR

Paweł Dorosz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)